

## **QUESITO DEL 04/10/2022**

“La sterilizzazione richiesta per la carta termica non è possibile da eseguire”

**CHIARIMENTO:** Sulla sterilità della carta si accetta la segnalazione, la carta non è sterile. Trattasi di refuso.

## **QUESITO MULTIVOCE DEL 03/10/2022**

### **1) LOTTO n.1**

“posizione n.4 FRONTIFOCOMETRO TONEY, vi chiediamo di verificare il formato nel caso fosse corretto allora la base d'asta impostata non è assolutamente corretta”

**CHIARIMENTO:** il formato corretto è 57 X 25 MM.

### **2) LOTTO n.4**

“pos n.6 DEFIBRILLATORE INNOMED CARDIOAID 360 B, fa fede il modello della carta o il formato? perché il modello in oggetto ha formato mm 57x25 e non 107x23mt come indicato”

**CHIARIMENTO:** il formato corretto 57 x 25 mm

“pos.10 DEFIBRILLATORE NIHON KOHDEN MOD TEC 5631 confermare il numero di fogli per pacco”

**CHIARIMENTO:** formato corretto rotoli 50x100x300

### **3) LOTTO n.5**

“pos n.8 ELETTROCARDIOGRAFO EDAN SE-1 anche in questo caso fa fede modello carta o formato indicato? il modello indicato prevede il formato 50x20 mt e non 210x140x142”

**CHIARIMENTO:** per L'elettrocardiografo EDAN SE-1201 il formato corretto è 210X140X142 mm

“pos.12 ELETTROCARDIOGRAFO ECG 1350 NIHON”

**CHIARIMENTO:** il formato corretto è 210 x140 x 215 ff

“POS.13 ELETTROCARDIOGRAFO HP/M2483A M1709 TC10 INDICARE FORMATO CORRETTO”

**CHIARIMENTO:** il formato corretto è 110 mm x30

“POS.15 ELETTROCARDIOGRAFO EDAN X10”

**CHIARIMENTO:** il formato corretto è 210 x140 x 142

“POS.N.16 ELETTROCARDIOGRAFO EDAN SE-1200 EXPRESS VERIFICARE IL FORMATO, INDICATO LO STESSO FORMATO MA CON MODELLI DIFFERENTI”

**CHIARIMENTO:** il formato corretto è 210 x 295 x 100

**4) LOTTO N.6**

“PER OGNI POSIZIONE SPECIFICARE IL MODELLO DELLA CARTA RICHIESTO  
UPP 110 HD O UPP 110 HG?”

**CHIARIMENTO:** il modello carta è SONY UPP110 HD