

FORNITURA DI DISPOSITIVI PER L'APPARATO UROGENITALE

Lotto n.: 1/2/3/4/12/13/14/21/22- Scheda n. 1 -

CRITERIO VALUTATIVO 1		PUNTI MAX
FACILITA' D'USO	<p>Facilità d'uso intesa come il possesso di caratteristiche intrinseche che rendono il prodotto il più possibile confortevole, facile da utilizzare/posizionare.</p> <p>Sono valutate le seguenti caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Facilità di posizionamento: Max punti 10 - Facilità di utilizzo: Max punti 11 <p>Da valutare con prova pratica la MAGGIOR facilità di posizionamento, utilizzo.</p>	21
CRITERIO VALUTATIVO 2	SUB CRITERI	PUNTI MAX
ATRAUMATICITÀ E CONFORMAZIONE DELLA PUNTA	<p>La punta dovrebbe essere libera da sbavature e scabrosità ed imperfezioni e di corretta conformazione.</p> <p>Si valuta la MAGGIOR ASSENZA di imperfezioni e la MIGLIOR conformazione.</p>	20
CRITERIO VALUTATIVO 3	SUB CRITERI	PUNTI MAX
LEVIGATEZZA DELLE SUPERFICI DEL CATETERE	<p>La superficie dovrebbe apparire liscia, uniforme e priva di imperfezioni.</p> <p>Si valuta la MAGGIOR ASSENZA di imperfezioni</p>	5
CRITERIO VALUTATIVO 4	SUB CRITERI	PUNTI MAX
CONFEZIONAMENTO PRIMARIO E SECONDARIO	<p>Verifica diretta sul campione per valutare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la robustezza : Max punti 1 - la struttura: Max punti 1 - la facilità di apertura: Max punti 1 - il pronto prelievo del prodotto: Max punti 1 <p>Si valuta la MIGLIOR corrispondenza dei parametri in ispezione.</p>	4
CRITERIO VALUTATIVO 5	SUB CRITERI	PUNTI MAX
RANGE DI MISURE	<p>Da valutare su scheda/documentazione tecnica l'ulteriore numero di misure CH offerto rispetto alle misure di minima richieste.</p> <p>Si attribuisce il punteggio più alto al concorrente che offre il maggior numero di misure e punteggi proporzionalmente ridotti agli altri.</p>	10
CRITERIO VALUTATIVO 6	SUB CRITERI	PUNTI MAX
ASSISTENZA POST VENDITA	<ul style="list-style-type: none"> -Formazione e assistenza personale sanitario per garantire uso corretto: Max punti 5 -Tempi e modalità assistenza post vendita: Max punti 5 	10

Lotto n.: 5/6/4/8 - Scheda n.2 -

CRITERIO VALUTATIVO 1	SUB CRITERI	PUNTI MAX
FACILITA' D'USO	<p>Intesa come il possesso di caratteristiche intrinseche che rendono il prodotto il più possibile confortevole, facile da utilizzare/posizionare. Sono valutate le seguenti caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Facilità di posizionamento : Max punti 10 - Facilità di utilizzo: Max punti 11 <p>Da valutare con prova pratica la MAGGIOR facilità di posizionamento, utilizzo.</p>	21
CRITERIO VALUTATIVO 2	SUB CRITERI	PUNTI MAX
ATRAUMATICITÀ E CONFORMAZIONE DELLA PUNTA	<p>La punta dovrebbe essere libera da sbavature e scabrosità ed imperfezioni e di corretta conformazione. Si valuta la MAGGIOR ASSENZA di imperfezioni e la MIGLIOR conformazione.</p>	10
CRITERIO VALUTATIVO 3	SUB CRITERI	PUNTI MAX
LEVIGATEZZA DELLE SUPERFICI DEL CATETERE	<p>La superficie dovrebbe apparire liscia, uniforme e priva di imperfezioni. Si valuta la MAGGIOR ASSENZA di imperfezioni.</p>	5
CRITERIO VALUTATIVO 4	SUB CRITERI	PUNTI MAX
CONFEZIONAMENTO PRIMARIO E SECONDARIO	<p>Verifica diretta sul campione per valutare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la robustezza : Max punti 1 - la struttura: Max punti 1 - la facilità di apertura: Max punti 1 - il pronto prelievo del prodotto: Max punti 1 <p>Si valuta la MIGLIOR corrispondenza dei parametri in ispezione.</p>	4
CRITERIO VALUTATIVO 5	SUB CRITERI	PUNTI MAX
RANGE DI MISURE	<p>Da valutare su scheda/documentazione tecnica l'ulteriore numero di misure CH offerto rispetto alle misure di minima richieste. Si attribuisce il punteggio più alto al concorrente che offre il maggior numero di misure e punteggi proporzionalmente ridotti agli altri.</p>	10
CRITERIO VALUTATIVO 6	SUB CRITERI	PUNTI MAX
UNIFORMITÀ DI FORMA E SIMMETRIA DEL PALLONCINO	<p>Si opera con prova pratica per verificare il MIGLIOR comportamento del palloncino al gonfiaggio con acqua alla sua massima capacità dichiarata utilizzando una siringa di capacità idonea e uguale per tutti i test.</p>	6
CRITERIO VALUTATIVO 7	SUB CRITERI	PUNTI MAX
CARATTERISTICHE VALVOLA DEL CANALE DI RIEMPIMENTO PALLONCINO	<p>Si opera con prova pratica. Viene valutata :</p> <ul style="list-style-type: none"> - la facilità/precisione di raccordo alla siringa: Max punti 2 - la tenuta della valvola: Max punti 2 <p>viene valutata la MIGLIOR caratteristica dei parametri posseduti dalla valvola.</p>	4
CRITERIO VALUTATIVO 8	SUB CRITERI	PUNTI MAX

ASSISTENZA POST VENDITA

<ul style="list-style-type: none">- Formazione e assistenza personale sanitario per garantire uso corretto: Max punti 5- Tempi e modalità assistenza post vendita: Max punti 5	10
---	-----------

lotto n.: 9/10/11 - Scheda n.3 -

CRITERIO VALUTATIVO 1	SUB CRITERI	PUNTI MAX
FACILITA' D'USO	Intesa come il possesso di caratteristiche intrinseche che rendono il prodotto il più possibile confortevole, facile da utilizzare/posizionare. Sono valutate le seguenti caratteristiche: - Facilità di posizionamento: Max punti 10 - Facilità di utilizzo: Max punti 11 Da valutare con prova pratica la MAGGIOR facilità di posizionamento, utilizzo.	21
CRITERIO VALUTATIVO 2	SUB CRITERI	PUNTI MAX
ATRAUMATICITÀ E CONFORMAZIONE DELLA PUNTA	La punta dovrebbe essere libera da sbavature e scabrosità ed imperfezioni e di corretta conformazione. Si valuta la MAGGIOR ASSENZA di imperfezioni e la MIGLIOR conformazione.	10
CRITERIO VALUTATIVO 3	SUB CRITERI	PUNTI MAX
LEVIGATEZZA DELLE SUPERFICI DEL CATETERE	La superficie dovrebbe apparire liscia, uniforme e priva di imperfezioni. Si valuta la MAGGIOR ASSENZA di imperfezioni.	5
CRITERIO VALUTATIVO 4	SUB CRITERI	PUNTI MAX
CONFEZIONAMENTO PRIMARIO E SECONDARIO	Verifica diretta sul campione per valutare: - la robustezza : Max punti 1 - la struttura: Max punti 1 - la facilità di apertura: Max punti 1 - il pronto prelievo del prodotto: Max punti 1 Si valuta la MIGLIOR corrispondenza dei parametri in ispezione.	4
CRITERIO VALUTATIVO 5	SUB CRITERI	PUNTI MAX
RANGE DI MISURE	Da valutare su scheda/documentazione tecnica l'ulteriore numero di misure CH offerto rispetto alle misure di minima richieste. Si attribuisce il punteggio più alto al concorrente che offre il maggior numero di misure e punteggi proporzionalmente ridotti agli altri.	10
CRITERIO VALUTATIVO 6	SUB CRITERI	PUNTI MAX
UNIFORMITÀ DI FORMA E SIMMETRIA DEL PALLONCINO	Si opera con prova pratica per verificare il MIGLIOR comportamento del palloncino al gonfiaggio con acqua alla sua massima capacità dichiarata utilizzando una siringa di capacità idonea e uguale per tutti i test.	6
CRITERIO VALUTATIVO 7	SUB CRITERI	PUNTI MAX
CARATTERISTICA DEL CANALE DI LAVAGGIO	Si opera con prova pratica. Viene valutata: - tenuta del canale di lavaggio: Viene valutata la MIGLIOR caratteristica dei parametri posseduti dal canale di lavaggio.	4
CRITERIO VALUTATIVO 8	SUB CRITERI	PUNTI MAX

ASSISTENZA POST VENDITA

-Formazione e assistenza personale sanitario per garantire uso corretto: Max punti 5	
-Tempi e modalità assistenza post vendita: Max punti 5	10

Lotto n. 15 - Scheda n. 6

CRITERIO VALUTATIVO 1	SUB CRITERI	PUNTI MAX
FACILITA' D'USO	<p>Intesa come il possesso di caratteristiche intrinseche che rendono il prodotto il più possibile confortevole, facile da utilizzare/posizionare. Sono valutate le seguenti caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Facilità di posizionamento : Max punti 10 - Facilità di utilizzo: Max punti 10 - Penetrabilità Max punti 10 <p>Da valutare con prova pratica la MAGGIOR facilità di posizionamento, utilizzo.</p>	30
CRITERIO VALUTATIVO 2	SUB CRITERI	PUNTI MAX
LEVIGATEZZA DELLE SUPERFICI DEL CATETERE	<p>La superficie dovrebbe apparire liscia, uniforme e priva di imperfezioni. Si valuta la MAGGIOR ASSENZA di imperfezioni</p>	5
CRITERIO VALUTATIVO 3	SUB CRITERI	PUNTI MAX
CONFEZIONAMENTO PRIMARIO E SECONDARIO	<p>Verifica diretta sul campione per valutare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la robustezza : Max punti 1 - la struttura: Max punti 1 - la facilità di apertura: Max punti 1 <p>Si valuta la MIGLIOR corrispondenza dei parametri in ispezione.</p>	3
CRITERIO VALUTATIVO 4	SUB CRITERI	PUNTI MAX
RANGE DI MISURE	<p>Da valutare su scheda/documentazione tecnica l'ulteriore numero di misure CH offerto rispetto alle misure di minima richieste. Si attribuisce il punteggio più alto al concorrente che offre il maggior numero di misure e punteggi proporzionalmente ridotti agli altri.</p>	2
CRITERIO VALUTATIVO 5	SUB CRITERI	PUNTI MAX
UNIFORMITÀ DI FORMA E SIMMETRIA DEL PALLONCINO	<p>Si opera con prova pratica per verificare il MIGLIOR comportamento del palloncino al gonfiaggio con acqua alla sua massima capacità dichiarata utilizzando una siringa di capacità idonea e uguale per tutti i test.</p>	5
CRITERIO VALUTATIVO 6	SUB CRITERI	PUNTI MAX

UNIFORMITÀ DELLE PARTI GIÀ CONGIUNTE (SALDATE, PRESSOFUSE, ECC)	Viene valutata l'assenza di scalino nella parte di congiunzione tra catetere e ago: la parte interessata dovrebbe apparire uniforme e priva di scanalature ,asperità, imperfezioni. Si valuta la MIGLIOR uniformità.	10
CRITERIO VALUTATIVO 7	SUB CRITERI	PUNTI MAX
CARATTERISTICHE VALVOLA DEL CANALE DI RIEMPIMENTO PALLONCINO	Si opera con prova pratica. Viene valutata : - la facilità/precisione di raccordo alla siringa: Max punti 2 - la tenuta della valvola: Max punti 2 - la connessione alla sacca di raccolta urine: Max punti 1 viene valutata la MIGLIOR caratteristica dei parametri posseduti dalla valvola.	5
CRITERIO VALUTATIVO 8	SUB CRITERI	PUNTI MAX
ASSISTENZA POST VENDITA	-Formazione e assistenza personale sanitario per garantire uso corretto: Max punti 5 -Tempi e modalità assistenza post vendita: Max punti 5	10

Lotto n. 16/18/19 - Scheda n.7 -

CRITERIO VALUTATIVO 1	SUB CRITERI	PUNTI MAX
FACILITA' D'USO	<p>Intesa come il possesso di caratteristiche intrinseche che rendono il prodotto il più possibile confortevole, facile da utilizzare/posizionare. Sono valutate le seguenti caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Facilità di posizionamento : Max punti 10 - Facilità di utilizzo: Max punti 10 <p>Da valutare con prova pratica la MAGGIOR facilità di posizionamento, utilizzo.</p>	20
CRITERIO VALUTATIVO 2	SUB CRITERI	PUNTI MAX
ATRAUMATICITÀ, CONFORMAZIONE DELLA PUNTA E DEI FORI	<p>La punta e i fori dovrebbero essere liberi da sbavature, scabrosità ed imperfezioni e di corretta conformazione. Si valuta la MAGGIOR ASSENZA di imperfezioni.</p>	15
CRITERIO VALUTATIVO 3	SUB CRITERI	PUNTI MAX
LEVIGATEZZA DELLE SUPERFICI DEL CATETERE E RESISTENZA ALL'INGINOCCHIAMENTO	<p><u>Levigatezza delle superfici del catetere</u> : Max punti 7,5 La superficie dovrebbe apparire liscia, uniforme e priva di imperfezioni.</p> <p><u>Resistenza all'inginocchiamento</u>: Max punti 7,5 Si valuta il comportamento del catetere dopo averlo sottoposto a una piegatura a 180° (su se stesso) sovrapponendo le due estremità per verificare la assenza di strozzatura.</p> <p>Si valuta la MAGGIOR ASSENZA di imperfezioni.</p>	15
CRITERIO VALUTATIVO 4	SUB CRITERI	PUNTI MAX
CONFEZIONAMENTO PRIMARIO E SECONDARIO	<p>Verifica diretta sul campione per valutare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la robustezza : Max punti 1 - la struttura: Max punti 1 - la facilità di apertura: Max punti 1 <p>Si valuta la MIGLIOR corrispondenza dei parametri in ispezione.</p>	3
CRITERIO VALUTATIVO 5	SUB CRITERI	PUNTI MAX
RANGE DI MISURE	<p>Da valutare su scheda/documentazione tecnica l'ulteriore numero di misure CH offerto rispetto alle misure di minima richieste.</p> <p>Si attribuisce il punteggio più alto al concorrente che offre il maggior numero di misure e punteggi proporzionalmente ridotti agli altri.</p>	2
CRITERIO VALUTATIVO 6	SUB CRITERI	PUNTI MAX
RAPPORTO TRA IL DIAMETRO ESTERNO E IL DIAMETRO DEL LUME INTERNO, DEL CATETERE	<p>Si attribuisce il punteggio più alto al concorrente che offre il MINOR valore numerico del rapporto e punteggi proporzionalmente ridotti agli altri.</p>	5

CRITERIO VALUTATIVO 7

ASSISTENZA POST VENDITA

SUB CRITERI	PUNTI MAX
-Formazione e assistenza personale sanitario per garantire uso corretto: Max punti 5	
-Tempi e modalità assistenza post vendita: Max punti 5	10

Lotto n. 17 - Scheda n. 8 -

CRITERIO VALUTATIVO 1	SUB CRITERI	PUNTI MAX
FACILITA' D'USO	<p>Intesa come il possesso di caratteristiche intrinseche che rendono il prodotto il più possibile confortevole, facile da utilizzare/posizionare. Sono valutate le seguenti caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - - Facilità di posizionamento : Max punti 10 - Facilità di utilizzo: Max punti 10 - Penetrabilità del trocar: Max punti 10 <p>Da valutare con prova pratica la MAGGIOR facilità di posizionamento, utilizzo.</p>	30
CRITERIO VALUTATIVO 2	SUB CRITERI	PUNTI MAX
CONFORMAZIONE DELLA PUNTA DEL TROCAR	<p>La punta dovrebbe essere libera da sbavature e scabrosità ed imperfezioni e di corretta conformazione. Si valuta la MAGGIOR ASSENZA di imperfezioni e la MIGLIOR conformazione.</p>	10
CRITERIO VALUTATIVO 3	SUB CRITERI	PUNTI MAX
LEVIGATEZZA DELLE SUPERFICI DEL CATETERE	<p>La superficie dovrebbe apparire liscia, uniforme e priva di imperfezioni. Si valuta la MAGGIOR ASSENZA di imperfezioni.</p>	5
CRITERIO VALUTATIVO 4	SUB CRITERI	PUNTI MAX
CONFEZIONAMENTO PRIMARIO E SECONDARIO	<p>Verifica diretta sul campione per valutare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - La robustezza: Max punti 1 - La struttura: Max punti 1 - La facilità di apertura: Max punti 1 <p>Si valuta la MIGLIOR corrispondenza dei parametri in ispezione.</p>	3
CRITERIO VALUTATIVO 5	SUB CRITERI	PUNTI MAX
RANGE DI MISURE	<p>Da valutare su scheda/documentazione tecnica l'ulteriore numero di misure CH offerto rispetto alle misure di minima richieste. Si attribuisce il punteggio più alto al concorrente che offre il maggior numero di misure e punteggi proporzionalmente ridotti agli altri.</p>	2
CRITERIO VALUTATIVO 6	SUB CRITERI	PUNTI MAX
UNIFORMITÀ DI FORMA E SIMMETRIA DEL PALLONCINO	<p>Si opera con prova pratica per verificare il MIGLIOR comportamento del palloncino al gonfiaggio con acqua alla sua massima capacità dichiarata utilizzando una siringa di capacità idonea e uguale per tutti i test.</p>	5

CRITERIO VALUTATIVO 7	SUB CRITERI	PUNTI MAX
CARATTERISTICHE VALVOLA DEL CANALE DI RIEMPIMENTO PALLONCINO	<p>Si opera con prova pratica. Viene valutata :</p> <ul style="list-style-type: none"> - la facilità/precisione di raccordo alla siringa: Max punti 3 - la tenuta della valvola: Max punti 2 <p>viene valutata la MIGLIOR caratteristica dei parametri posseduti dalla valvola.</p>	5
CRITERIO VALUTATIVO 8	SUB CRITERI	PUNTI MAX
ASSISTENZA POST VENDITA	<ul style="list-style-type: none"> -Formazione e assistenza personale sanitario per garantire uso corretto: Max punti 5 -Tempi e modalità assistenza post vendita: Max punti 5 	10

Lotto n.20 - Scheda n.10 -

CRITERIO VALUTATIVO 1	SUB CRITERI	PUNTI MAX
FACILITA' D'USO	<p>Intesa come il possesso di caratteristiche intrinseche che rendono il prodotto il più possibile confortevole, facile da utilizzare/posizionare. Sono valutate le seguenti caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Facilità di posizionamento : Max punti 10 - Facilità di utilizzo: Max punti 10 - Penetrabilità del trocar: Max punti 5 <p>Da valutare con prova pratica la MAGGIOR facilità di posizionamento, utilizzo.</p>	25
CRITERIO VALUTATIVO 2	SUB CRITERI	PUNTI MAX
CONFORMAZIONE DELLA PUNTA EDECOGENICITA' DELL'AGO	<p><u>Punta:</u> Max punti 5 La punta dovrebbe essere libera da sbavature e scabrosità ed imperfezioni e di corretta conformazione. Si valuta la MAGGIOR ASSENZA di imperfezioni e la MIGLIOR conformazione;</p> <p>Ecogenicità: Max punti 5 Da valutare anche su documentazioni tecniche presentate in sede di gara.</p>	10
CRITERIO VALUTATIVO 3	SUB CRITERI	PUNTI MAX
LEVIGATEZZA DELLE SUPERFICI DELLA SONDA	<p>La superficie dovrebbe apparire liscia, uniforme e priva di imperfezioni. Si valuta la MAGGIOR ASSENZA di imperfezioni.</p>	16
CRITERIO VALUTATIVO 4	SUB CRITERI	PUNTI MAX
CONFEZIONAMENTO PRIMARIO E SECONDARIO	<p>Verifica diretta sul campione per valutare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - La robustezza: Max punti 1 - La struttura: Max punti 1 - La facilità di apertura: Max punti 1 <p>Si valuta la MIGLIOR corrispondenza dei parametri in ispezione.</p>	3
CRITERIO VALUTATIVO 5	SUB CRITERI	PUNTI MAX
RAPPORTO TRA IL DIAMETRO ESTERNO E IL DIAMETRO DEL LUME INTERNO, DEL CATETERE	<p>Si attribuisce il punteggio più alto al concorrente che offre il MINOR valore numerico del rapporto e punteggi proporzionalmente ridotti agli altri.</p>	6
CRITERIO VALUTATIVO 6	SUB CRITERI	PUNTI MAX

ASSISTENZA POST VENDITA

-Formazione e assistenza personale sanitario per garantire uso corretto: Max punti 5	
-Tempi e modalità assistenza post vendita: Max punti 5	10

Lotto n.23/24 - Scheda n.14 -

CRITERIO VALUTATIVO 1	SUB CRITERI	PUNTI MAX
FACILITA' D'USO	Intesa come il possesso di caratteristiche intrinseche che rendono il prodotto il più possibile confortevole, facile da utilizzare/posizionare. Sono valutate le seguenti caratteristiche: - Facilità di posizionamento : Max punti 10 - Facilità di utilizzo: Max punti 10 Da valutare con prova pratica la MAGGIOR facilità di posizionamento, utilizzo.	20
CRITERIO VALUTATIVO 2	SUB CRITERI	PUNTI MAX
ERGONOMICITÀ DEGLI AGHI	Viene valutata la MAGGIOR capacità di connessione atraumatica della rete all'ago trasportatore con prova pratica.	15
CRITERIO VALUTATIVO 3	SUB CRITERI	PUNTI MAX
QUALITÀ DELLA RETE	<u>Porosità:</u> Max punti: 7 <u>Elasticità:</u> Max punti: 7 Viene valutato il mantenimento nel tempo della forma adattandosi alla conformazione anatomica senza perdere le dimensioni originarie <u>Rivestimento della rete:</u> Max punti: 7 Viene valutata la tipologia del rivestimento verso la prevenzione delle contaminazioni batteriche con particolare riferimento alla esistenza di rivestimenti rimovibili o soluzioni similari per finalità. <u>Tutte le tre valutazioni sopra indicate terranno conto delle evidenze scientifiche documentali specifiche che il concorrente deve presentare in sede di gara.</u>	21
CRITERIO VALUTATIVO 4	SUB CRITERI	PUNTI MAX
CONFEZIONAMENTO PRIMARIO E SECONDARIO	Confezionamento primario e secondario: verifica diretta sul campione per valutare: - la robustezza : Max punti 1 - la struttura: Max punti 1 - la facilità di apertura: Max punti 1 - il pronto prelievo del prodotto: Max punti 1 Si valuta la MIGLIOR corrispondenza dei parametri in ispezione.	4
CRITERIO VALUTATIVO 5	SUB CRITERI	PUNTI MAX

ASSISTENZA POST VENDITA	-Formazione e assistenza personale sanitario per garantire uso corretto: Max punti 5	10
	-Tempi e modalità assistenza post vendita: Max punti 5	

Lotto n.25 - Scheda n.15 -

CRITERIO VALUTATIVO 1	SUB CRITERI	PUNTI MAX
FACILITA' D'USO	<p>Intesa come il possesso di caratteristiche intrinseche che rendono il prodotto il più possibile confortevole, facile da utilizzare/posizionare. Sono valutate le seguenti caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Caratteristiche della connessione alla sacca: Max punti 25 - facilità di posizionamento: Max punti 15 - Facilità di utilizzo: Max punti 10 <p>Da valutare con prova pratica la MAGGIOR facilità di posizionamento, utilizzo, connessione.</p>	50
CRITERIO VALUTATIVO 2	SUB CRITERI	PUNTI MAX
CONFEZIONAMENTO PRIMARIO E SECONDARIO	<p>Verifica diretta sul campione per valutare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la robustezza : Max punti 1 - la struttura: Max punti 1 - la facilità di apertura: Max punti 1 - il pronto prelievo del prodotto: Max punti 1 <p>Si valuta la MIGLIOR corrispondenza dei parametri in ispezione</p>	4
CRITERIO VALUTATIVO 3	SUB CRITERI	PUNTI MAX
RANGE DI MISURE	<p>Da valutare su scheda/documentazione tecnica l'ulteriore numero di misure CH offerto rispetto alle misure di minima richieste.</p> <p>Si attribuisce il punteggio più alto al concorrente che offre il maggior numero di misure e punteggi proporzionalmente ridotti agli altri.</p>	6
CRITERIO VALUTATIVO 4	SUB CRITERI	PUNTI MAX
ASSISTENZA POST VENDITA	<p>-Formazione e assistenza personale sanitario per garantire uso corretto: Max punti 5</p> <p>-Tempi e modalità assistenza post vendita: Max punti 5</p>	10

Lotto n.26/52 - Scheda n. 16 -

CRITERIO VALUTATIVO 1	SUB CRITERI	PUNTI MAX
FACILITÀ D'USO	<p>Intesa come il possesso di caratteristiche intrinseche che rendono il prodotto il più possibile confortevole, facile da utilizzare/posizionare. Sono valutate le seguenti caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Facilità di posizionamento: Max punti 15 - Facilità di utilizzo: Max punti 15 - Da valutare con prova pratica la MAGGIOR facilità di posizionamento, utilizzo, assenza di adesione. 	30
CRITERIO VALUTATIVO 2	SUB CRITERI	PUNTI MAX
CONFEZIONAMENTO PRIMARIO E SECONDARIO	<p>Verifica diretta sul campione per valutare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la robustezza : Max punt 2,5 - la struttura: Max punti 2,5 - la facilità di apertura: Max punti 2,5 - il pronto prelievo del prodotto: Max punti 2,5 <p>Si valuta la MIGLIOR corrispondenza dei parametri in ispezione.</p>	10
CRITERIO VALUTATIVO 3	SUB CRITERI	PUNTI MAX
CARATTERISTICHE TECNICHE	<ul style="list-style-type: none"> - Qualità dei materiali Max punti 8 - Leggerezza Max punti 6 - Resistenza Max punti 6 	20
CRITERIO VALUTATIVO 4	SUB CRITERI	PUNTI MAX
ASSISTENZA POST VENDITA	<p>-Formazione e assistenza personale sanitario per garantire uso corretto: Max punti 5</p> <p>-Tempi e modalità assistenza post vendita: Max punti 5</p>	10

Lotto n.27/28/29 - Scheda n. 17 -

CRITERIO VALUTATIVO 1	SUB CRITERI	PUNTI MAX
FACILITA' D'USO	<p>Intesa come il possesso di caratteristiche intrinseche che rendono il prodotto il più possibile confortevole, facile da utilizzare/posizionare. Sono valutate le seguenti caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Facilità di posizionamento: Max punti 16 - Facilità di utilizzo: Max punti 16 - Funzionalità del tubo di afflusso: Max punti 14 <p>Da valutare con prova pratica la MAGGIOR facilità di posizionamento, di utilizzo e la MIGLIOR funzionalità del tubo.</p>	46
CRITERIO VALUTATIVO 2		
CARATTERISTICHE TECNICHE	<p>Tenuta del rubinetto: Max Puntil 3 Tubo anti- inginocchiamento: Max Punti 3</p>	6
CRITERIO VALUTATIVO 3	SUB CRITERI	PUNTI MAX
CONFEZIONAMENTO PRIMARIO E SECONDARIO	<p>Verifica diretta sul campione per valutare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la robustezza : Max punti 2 - la struttura: Max punti 2 - la facilità di apertura: Max punti 2 - il pronto prelievo del prodotto: Max punti 2 <p>Si valuta la MIGLIOR corrispondenza dei parametri in ispezione.</p>	8
CRITERIO VALUTATIVO 4	SUB CRITERI	PUNTI MAX
ASSISTENZA POST VENDITA	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione e assistenza personale sanitario per garantire uso corretto: Max punti 5 - Tempi e modalità assistenza post vendita: Max punti 5 	10

Lotto n. 30 - Scheda n. 19 -

CRITERIO VALUTATIVO 1	SUB CRITERI	PUNTI MAX
FACILITA' D'USO	<p>Intesa come il possesso di caratteristiche intrinseche che rendono il prodotto il più possibile confortevole, facile da utilizzare/posizionare. Sono valutate le seguenti caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Facilità di posizionamento: Max punti 14 - Facilità di utilizzo: Max punti 14 - Funzionalità del tubo di afflusso: Max punti 12 <p>Da valutare con prova pratica la MAGGIOR facilità di posizionamento, di utilizzo e la MIGLIOR funzionalità del tubo.</p>	40
CRITERIO VALUTATIVO 2	SUB CRITERI	PUNTI MAX
CARATTERISTICHE TECNICHE	<p>Tenuta del rubinetto Max punti 4 Confort per il paziente Max punti 4 Antingnocchiamento Max punti 4</p>	12
CRITERIO VALUTATIVO 3	SUB CRITERI	PUNTI MAX
CONFEZIONAMENTO PRIMARIO E SECONDARIO	<p>Verifica diretta sul campione per valutare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la robustezza : Max punti 2 - la struttura: Max punti 2 - la facilità di apertura: Max punti 2 - il pronto prelievo del prodotto: Max punti 2 <p>Si valuta la MIGLIOR corrispondenza dei parametri in ispezione.</p>	8
CRITERIO VALUTATIVO 4	SUB CRITERI	PUNTI MAX
ASSISTENZA POST VENDITA	<p>-Formazione e assistenza personale sanitario per garantire uso corretto: Max punti 5</p> <p>-Tempi e modalità assistenza post vendita: Max punti 5</p>	10

Lotto n. 31 - Scheda n.20 -

CRITERIO VALUTATIVO 1	SUB CRITERI	PUNTI MAX
FACILITA' D'USO	<p>Intesa come il possesso di caratteristiche intrinseche che rendono il prodotto il più possibile confortevole, facile da utilizzare/posizionare. Sono valutate le seguenti caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Facilità di posizionamento: Max punti 14 - Facilità di utilizzo: Max punti 14 - Funzionalità del tubo di afflusso: Max punti 12 <p>Da valutare con prova pratica la MAGGIOR facilità di posizionamento, di utilizzo e la MIGLIOR funzionalità del tubo.</p>	40
CRITERIO VALUTATIVO 2	SUB CRITERI	PUNTI MAX
CARATTERISTICHE TECNICHE	<p>Qualità dei materiali: Max punti 6 Tenuta valvola di scarico: Max punti 6</p>	12
CRITERIO VALUTATIVO 3	SUB CRITERI	PUNTI MAX
CONFEZIONAMENTO PRIMARIO E SECONDARIO	<p>Verifica diretta sul campione per valutare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la robustezza : Max punti 2 - la struttura: Max punti 2 - la facilità di apertura: Max punti 2 - il pronto prelievo del prodotto: Max punti 2 <p>Si valuta la MIGLIOR corrispondenza dei parametri in ispezione.</p>	8
CRITERIO VALUTATIVO 4	SUB CRITERI	PUNTI MAX
ASSISTENZA POST VENDITA	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione e assistenza personale sanitario per garantire uso corretto: Max punti 5 - Tempi e modalità assistenza post vendita: Max punti 5 	10

Lotto n.32 - Scheda n.21 -

CRITERIO VALUTATIVO 1	SUB CRITERI	PUNTI MAX
FACILITÀ D'USO	<p>Intesa come il possesso di caratteristiche intrinseche che rendono il prodotto il più possibile confortevole, facile da utilizzare/posizionare. Sono valutate le seguenti caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Facilità di posizionamento: Max punti 12 - Facilità di utilizzo: Max punti 13 <p>Da valutare con prova pratica la MAGGIOR facilità di posizionamento, utilizzo.</p>	25
CRITERIO VALUTATIVO 2	SUB CRITERI	PUNTI MAX
ATRAUMATICITÀ E CONFORMAZIONE DELLA PUNTA	<p>La punta dovrebbe essere libera da sbavature e scabrosità ed imperfezioni e di corretta conformazione. Si valuta la MAGGIOR ASSENZA di imperfezioni e la MIGLIOR conformazione.</p>	11
CRITERIO VALUTATIVO 3	SUB CRITERI	PUNTI MAX
LEVIGATEZZA DELLE SUPERFICI DEL CATETERE	<p>La superficie dovrebbe apparire liscia, uniforme e priva di imperfezioni. Si valuta la MAGGIOR ASSENZA di imperfezioni.</p>	15
CRITERIO VALUTATIVO 4	SUB CRITERI	PUNTI MAX
CONFEZIONAMENTO PRIMARIO E SECONDARIO	<p>Verifica diretta sul campione per valutare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la robustezza : Max punti 1 - la struttura: Max punti 1 - la facilità di apertura: Max punti 1 - il pronto prelievo del prodotto: Max punti 1 <p>Si valuta la MIGLIOR corrispondenza dei parametri in ispezione.</p>	4
CRITERIO VALUTATIVO 5	SUB CRITERI	PUNTI MAX
UNIFORMITÀ DELLE PARTI GIÀ CONGIUNTE (SALDATE, PRESSOFUSE, ECC)	<p>La parte interessata dovrebbe apparire uniforme e priva di scanalature, asperità, imperfezioni. Si valuta la Migliore UNIFORMITA'</p>	5
CRITERIO VALUTATIVO 6	SUB CRITERI	PUNTI MAX
ASSISTENZA POST VENDITA	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione e assistenza personale sanitario per garantire uso corretto: Max punti 5 - Tempi e modalità assistenza post vendita: Max punti 5 	10

Lotto 33 - Scheda n.22 -

CRITERIO VALUTATIVO 1	SUB CRITERI	PUNTI MAX
FACILITA' D'USO	<p>Intesa come il possesso di caratteristiche intrinseche che rendono il prodotto il più possibile confortevole, facile da utilizzare/posizionare. Sono valutate le seguenti caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Facilità di posizionamento: Max punti 20 - Facilità di utilizzo: Max punti 20 <p>Da valutare con prova pratica la MAGGIOR facilità di posizionamento, di utilizzo.</p>	40
CRITERIO VALUTATIVO 2	SUB CRITERI	PUNTI MAX
LEVIGATEZZA DELLE SUPERFICI DEL TAMPONE	<p>La superficie dovrebbe apparire liscia, uniforme e priva di imperfezioni. Si valuta la MAGGIOR ASSENZA di imperfezioni.</p>	16
CRITERIO VALUTATIVO 3	SUB CRITERI	PUNTI MAX
CONFEZIONAMENTO PRIMARIO E SECONDARIO	<p>Verifica diretta sul campione per valutare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la robustezza : Max punti 1 - la struttura: Max punti 1 - la facilità di apertura: Max punti 1 - il pronto prelievo del prodotto: Max punti 1 <p>Si valuta la MIGLIOR corrispondenza dei parametri in ispezione.</p>	4
CRITERIO VALUTATIVO 4	SUB CRITERI	PUNTI MAX
ASSISTENZA POST VENDITA	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione e assistenza personale sanitario per garantire uso corretto: Max punti 5 - Tempi e modalità assistenza post vendita: Max punti 5 	10

Lotto n. 34 - Scheda n. 27

CRITERIO VALUTATIVO 1	SUB CRITERI	PUNTI MAX
FACILITA' D'USO	Intesa come il possesso di caratteristiche intrinseche che rendono il prodotto il più possibile confortevole, facile da utilizzare/posizionare. Sono valutate le seguenti caratteristiche: - Facilità di posizionamento : Max punti 15 - Facilità di utilizzo: Max punti 15 Da valutare con prova pratica la MAGGIOR facilità di posizionamento, utilizzo.	30
CRITERIO VALUTATIVO 2	SUB CRITERI	PUNTI MAX
ATRAUMATICITÀ E CONFORMAZIONE DELLA PUNTA	La punta dovrebbe essere libera da sbavature e scabrosità ed imperfezioni e di corretta conformazione. Si valuta la MAGGIOR ASSENZA di imperfezioni e la MIGLIOR conformazione	15
CRITERIO VALUTATIVO 3	SUB CRITERI	PUNTI MAX
LEVIGATEZZA DELLE SUPERFICI	La superficie dovrebbe apparire liscia, uniforme e priva di imperfezioni. Si valuta la MAGGIOR ASSENZA di imperfezioni.	11
CRITERIO VALUTATIVO 4	SUB CRITERI	PUNTI MAX
CONFEZIONAMENTO PRIMARIO E SECONDARIO	Confezionamento primario e secondario: verifica diretta sul campione per valutare: - la robustezza : Max punti 1 - la struttura: Max punti 1 - la facilità di apertura: Max punti 1 - il pronto prelievo del prodotto: Max punti 1 Si valuta la MIGLIOR corrispondenza dei parametri in ispezione.	4
CRITERIO VALUTATIVO 5	SUB CRITERI	PUNTI MAX
ASSISTENZA POST VENDITA	- Formazione e assistenza personale sanitario per garantire uso corretto: Max punti 5 - Tempi e modalità assistenza post vendita: Max punti 5	10

Lotto n.36/37/46 - Scheda n. 30 -

CRITERIO VALUTATIVO 1	SUB CRITERI	PUNTI MAX
FACILITA' D'USO	<p>Intesa come il possesso di caratteristiche intrinseche che rendono il prodotto il più possibile confortevole, facile da utilizzare/posizionare. Sono valutate le seguenti caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Facilità di posizionamento : Max punti 15 - Facilità di utilizzo: Max punti 16 <p>Da valutare con prova pratica la MAGGIOR facilità di posizionamento, utilizzo.</p>	31
CRITERIO VALUTATIVO 2	SUB CRITERI	PUNTI MAX
CONFORMAZIONE E LEVIGATEZZA DEL DISPOSITIVO	<p>Il dispositivo dovrebbe essere libero da sbavature e scabrosità ed imperfezioni e di corretta conformazione.</p> <p>Si valuta la MAGGIOR ASSENZA di imperfezioni e la MIGLIOR conformazione.</p>	25
CRITERIO VALUTATIVO 3	SUB CRITERI	PUNTI MAX
CONFEZIONAMENTO PRIMARIO E SECONDARIO	<p>Verifica diretta sul campione per valutare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la robustezza : Max punti 1 - la struttura: Max punti 1 - la facilità di apertura: Max punti 1 - il pronto prelievo del prodotto: Max punti 1 <p>Si valuta la MIGLIOR corrispondenza dei parametri in ispezione.</p>	4
CRITERIO VALUTATIVO 4	SUB CRITERI	PUNTI MAX
ASSISTENZA POST VENDITA	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione e assistenza personale sanitario per garantire uso corretto: Max punti 5 - Tempi e modalità assistenza post vendita: Max punti 5 	10

lotti 38/39/42/43/44/45/49/50/59/60- Scheda n. 32 -

CRITERIO VALUTATIVO 1	SUB CRITERI	PUNTI MAX
FACILITA' D'USO	<p>Facilità d'uso intesa come il possesso di caratteristiche intrinseche che rendono il prodotto il più possibile confortevole, facile da utilizzare/posizionare. Sono valutate le seguenti caratteristiche:</p> <p>- Facilità di utilizzo: Max punti 15 Sicurezza e atraumaticità Max punti 15</p>	30
CRITERIO VALUTATIVO 2	SUB CRITERI	PUNTI MAX
RANGE DI MISURE	<p>Da valutare su scheda/documentazione tecnica. Si attribuisce il punteggio più alto al concorrente che offre il maggior numero di misure e punteggi proporzionalmente ridotti agli altri.</p>	10
CRITERIO VALUTATIVO 3	SUB CRITERI	PUNTI MAX
CARATTERISTICHE TECNICHE	<p>- Qualità dei materiali e caratteristiche tecniche funzionali</p>	16
CRITERIO VALUTATIVO 4	SUB CRITERI	PUNTI MAX
CONFEZIONAMENTO PRIMARIO E SECONDARIO	<p>Verifica diretta sul campione per valutare:</p> <p>- la robustezza : Max punti 1 - la struttura: Max punti 1 - la facilità di apertura: Max punti 1 - il pronto prelievo del prodotto: Max punti 1</p> <p>Si valuta la MIGLIOR corrispondenza dei parametri in ispezione.</p>	4
CRITERIO VALUTATIVO 5	SUB CRITERI	PUNTI MAX
ASSISTENZA POST VENDITA	<p>- Formazione e assistenza personal sanitario per garantire uso corretto: Max punti 5 - Tempi e modalità assistenza post vendita: Max punti 5</p>	10

Lotto n.40/41/47/48/61/62 - Scheda n. 33 -

CRITERIO VALUTATIVO 1	SUB CRITERI	PUNTI MAX
FACILITA' D'USO	<p>Intesa come il possesso di caratteristiche intrinseche che rendono il prodotto il più possibile confortevole, facile da utilizzare/posizionare. Sono valutate le seguenti caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Facilità di posizionamento : Max punti 30 - Facilità di utilizzo: Max punti 25 <p>Da valutare con prova pratica la MAGGIOR facilità di posizionamento, utilizzo.</p>	55
CRITERIO VALUTATIVO 2	SUB CRITERI	PUNTI MAX
CONFEZIONAMENTO PRIMARIO E SECONDARIO	<p>Verifica diretta sul campione per valutare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la robustezza : Max punti 1 - la struttura: Max punti 1 - la facilità di apertura: Max punti 1 - il pronto prelievo del prodotto: Max punti 2 <p>Si valuta la MIGLIOR corrispondenza dei parametri in ispezione.</p>	5
CRITERIO VALUTATIVO 3	SUB CRITERI	PUNTI MAX
ASSISTENZA POST VENDITA	<ul style="list-style-type: none"> -Formazione e assistenza personale sanitario per garantire uso corretto: Max punti 5 -Tempi e modalità assistenza post vendita: Max punti 5 	10

lotto 51 - Scheda n. 35 -

CRITERIO VALUTATIVO 1	SUB CRITERI	PUNTI MAX
FACILITA' D'USO	<p>Facilità d'uso intesa come il possesso di caratteristiche intrinseche che rendono il prodotto il più possibile confortevole, facile da utilizzare/posizionare. Sono valutate le seguenti caratteristiche:</p> <p>- Facilità di utilizzo: Max punti 30</p>	33
CRITERIO VALUTATIVO 2	SUB CRITERI	PUNTI MAX
GRADO DI ATTENDIBILITA'	Grado di attendibilità dei risultati. Evidenza delle validazioni cliniche	33
CRITERIO VALUTATIVO 2	SUB CRITERI	PUNTI MAX
CONFEZIONAMENTO PRIMARIO E SECONDARIO	<p>Verifica diretta sul campione per valutare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la robustezza : Max punti 1 - la struttura: Max punti 1 - la facilità di apertura: Max punti 1 - il pronto prelievo del prodotto: Max punti 1 <p>Si valuta la MIGLIOR corrispondenza dei parametri in ispezione.</p>	4

Lotto n.53/54/55/56/57/58 - Scheda n. 36 -

CRITERIO VALUTATIVO 1	SUB CRITERI	PUNTI MAX
FACILITA' D'USO	Intesa come il possesso di caratteristiche intrinseche che rendono il prodotto il più possibile confortevole, facile da utilizzare/posizionare. Sono valutate le seguenti caratteristiche: - Facilità di posizionamento: Max punti 10 - Facilità di utilizzo: Max punti 5	15
CRITERIO VALUTATIVO 2	SUB CRITERI	PUNTI MAX
CONFEZIONAMENTO PRIMARIO E SECONDARIO	Verifica diretta sul campione per valutare: - la robustezza : Max punti 2,5 - la struttura: Max punti 2,5 - la facilità di apertura: Max punti 2,5 - il pronto prelievo del prodotto: Max punti 2,5 Si valuta la MIGLIOR corrispondenza dei parametri in ispezione.	10
CRITERIO VALUTATIVO 3	SUB CRITERI	PUNTI MAX
QUALITÀ DEI MATERIALI	- Qualità della rete Max punti 10 - Rifinitura dei bordi Max punti 10 - Resistenza alla trazione Max punti 10	30
CRITERIO VALUTATIVO 4	SUB CRITERI	PUNTI MAX
DOCUMENTAZIONE SCIENTIFICA	- Letteratura, pubblicazioni scientifiche	5
CRITERIO VALUTATIVO 5	SUB CRITERI	PUNTI MAX
ASSISTENZA POST VENDITA	- Formazione e assistenza personale sanitario per garantire uso corretto: Max punti 5 - Tempi e modalità assistenza post vendita: Max punti 5	10