

MODULO PER LA PRESCRIZIONE DI PRESIDI PER VENTILOTERAPIA
DPCM 12/01/2017 Allegato 12 Art. 1, Allegato 11 Art. 1
DA CONSEGNARE ALLA ASL DI RESIDENZA

Assistito: Cognome _____ Nome _____

Data di Nascita ____ / ____ / ____ Luogo di nascita _____

Residenza : Via _____ n. _____ comune _____ prov. _____

Codice Fiscale _____ telefono _____

Altro recapito : _____ Mail _____

Diagnosi : (indicare la patologia) : _____

Significato terapeutico e riabilitativo con descrizione del programma di trattamento indicando gli esiti attesi dall'equipe e dall'assistito in relazione all'utilizzo di quanto prescritto:

Modi e tempi di impiego del presidio (indicare ore nella giornata o giorni nella settimana o altro):

PRESIDIO COMPRENSIVO DEL MATERIALE DI CONSUMO E DELLA STRUMENTAZIONE AGGIUNTIVA PREVISTA NELL'ALLEGATO	MODELLO (è possibile indicare uno o più modelli)
Terapia delle patologie del sonno	
CPAP (ID1) – ISO 04.03.12.003	
AUTOCPAP (ID2) – ISO 04.03.12.006	
Ventilazione non invasiva media fascia (medio livello di complessità)	
Bi-Level S/T (ID3) – ISO 04.03.12.009	
Bi-Level auto (ID4) – ISO 04.03.12.009	
Ventilatore Servo assistito (ID5) – ISO 04.03.12.012	
Ventilazione non invasiva alta fascia (alto livello di complessità)	
Ventilatore presso volumetrico paziente NIV ad alto livello di complessità (ID6) – ISO 04.03.12.015	
Backup ventilatore presso volumetrico paziente NIV ad alto livello di complessità (ID6B) – ISO 04.03.12.015	

Ventilazione invasiva alta fascia (alto livello di complessità)	
Ventilatore presso volumetrico con Ventilazione invasiva ≥ 16 ore + Ventilatore presso volumetrico di Back Up (ID7) – ISO 04.03.12.015	
Ventilatore presso-volumetrico con Ventilatore invasiva ≥ 16 ore per pazienti ipersecretivi + ventilatore presso volumetrico di Back up (ID8) – ISO 04.03.12.015	
Ventilatore presso-volumetrico con Ventilatore invasiva < 16 ore (ID9) – ISO 04.03.12.015	
Aspiratore per disostruzione vie aree tracheo per pazienti ventilati + aspiratori di Back Up (ID10) – ISO 04.03.21.003	
Aspiratore per disostruzione vie aeree tracheo per pazienti ventilati ipersecretivi + aspiratore di Back Up (ID11) – ISO 04.03.21.003	
Trattamento delle secrezioni bronchiali e ginnastica respiratoria	
Aspiratore non tracheo per disostruzione vie aeree (ID12) – ISO 04.03.21.003	
Aspiratore tracheo per disostruzione vie aeree per pazienti non ventilati + aspiratore di Back Up (ID13) – ISO 04.03.21.003	
Dispositivo di assistenza alla tosse intra toracico per pazienti non tracheostomizzati (ID14) – ISO 04.03.27.015	
Dispositivo di assistenza alla tosse intra toracico per pazienti tracheostomizzati (ID15) – ISO 04.03.27.015	
Dispositivo a pressione positiva a vibrazione ad alimentazione elettrica (ID16) – ISO 04.03.27.01	
Dispositivo di assistenza alla tosse extra toracico (ID17) – ISO 04.03.27.018	

NOTE : _____

Indicare la data presunta delle dimissioni (in caso di assistito ricoverato): _____

Data

Timbro e Firma del medico prescrittore

Si precisa che, ogni campo dovrà essere accuratamente compilato secondo quanto richiesto, al fine di permettere la disamina della richiesta in tempi congrui)

**MODULO PER LA PRESCRIZIONE DI ULTERIORE MATERIALE DI CONSUMO
PER PRESIDI VENTILOTERAPIA (rispetto a quanto già previsto dalla fornitura di gara)**

**DA CONSEGNARE ALLA ASL DI RESIDENZA UNITAMENTE ALLA PRESCRIZIONE DEL PRESIDIO
SI CERTIFICA CHE**

L'assistito: Cognome _____ Nome _____

Data di Nascita ____ / ____ / ____ Luogo di nascita _____

Residenza Via _____ n. _____ comune _____ prov. _____

Codice Fiscale _____ telefono _____

A CUI HO PRESCRITTO IL SEGUENTE PRESIDIO:

NECESSITA PER IL SEGUENTE MOTIVO

**DELLA SEGUENTE FORNITURA ANNUALE DI MATERIALE DI CONSUMO OLTRE AL QUANTITATIVO GIA'
PREVISTO DALLA FORNITURA STANDARD**

QUANTITA'	DESCRIZIONE

SI DICHIARA

Di essere a conoscenza delle possibili responsabilità contabili per danno erariale per richiesta di dispositivi medici o di altro materiale sanitario aggiuntivo rispetto al quantitativo già previsto dalla fornitura di gara

Di essere consapevole delle sanzioni penali per il caso di dichiarazioni mendaci nonché per il caso di formazione e/o uso di atti falsi previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

Data

Timbro e Firma del medico prescrittore

Si precisa che, ogni campo dovrà essere accuratamente compilato secondo quanto richiesto, al fine di permettere la disamina della richiesta in tempi congrui)

DOTAZIONE/STRUMENTAZIONE AGGIUNTIVA E MATERIALE DI CONSUMO PREVISTO PER OGNI TIPOLOGIA DI PRESIDIO PRESCRITTA

PRESIDIO e DOTAZIONE/STRUMENTAZIONE AGGIUNTIVA	MATERIALE DI CONSUMO PREVISTO NELLA FORNITURA
Terapia delle patologie del sonno	
CPAP (ID1) 04.03.12.003 - Borsa di trasporto; - Sistema di umidificazione a caldo integrato o integrabile. A seconda del sistema offerto, la ditta dovrà fornire il fabbisogno di monouso come da scheda tecnica del sistema di umidificazione offerto.	- Max n. 3 maschere/anno tra quelle riportate nella tabella 2 "maschere e interfacce per ventilazione NTW". Fermo restando il quantitativo massimo prescrivibile (3 interfacce) l'operatore dovrà essere disponibile, su specifica richiesta del medico prescrittore, a fornire indistintamente una o l'altra tipologia di interfacce tra quelle riportate nella tabella 2; - Circuiti mono paziente flessibili nel fabbisogno stabilito dalla ditta produttrice e comunque almeno 2 circuiti se sanificabili o 12 se monouso, di lunghezza di almeno 180 cm; - Filtri macchina (fornitura annuale prevista in scheda tecnica per il presidio offerto); - connessione alla bombola di ossigeno (nel numero massimo di 1 più eventuale ricambio).
AUTOCPAP (ID2) 04.03.12.006 - Borsa di trasporto; - Sistema di umidificazione a caldo integrato o integrabile. A seconda del sistema offerto, la ditta dovrà fornire il fabbisogno di monouso come da scheda tecnica del sistema di umidificazione offerto.	- Max n. 3 maschere/anno tra quelle riportate nella tabella 2 "maschere e interfacce per ventilazione NIW". Fermo restando il quantitativo massimo prescrivibile (3 interfacce) l'operatore dovrà essere disponibile, su specifica richiesta del medico prescrittore, a fornire indistintamente una o l'altra tipologia di interfacce tra quelle riportate nella tabella 2; - Circuiti flessibili nel fabbisogno stabilito dalla ditta produttrice e comunque almeno 2 circuiti se sanificabili o 12 se monouso; - Filtri macchina (fornitura annuale prevista in scheda tecnica per il presidio offerto); - connessione alla bombola di ossigeno (nel numero massimo di 1 più eventuale ricambio).
Ventilazione non invasiva media fascia (medio livello di complessità)	
Bi-Level S/T (ID3) 04.03.12.009 - Borsa di trasporto; - Sistema di umidificazione a caldo integrato o integrabile. A seconda del sistema offerto, la ditta dovrà fornire il fabbisogno di monouso come da scheda tecnica del sistema di umidificazione offerto.	- Max n. 3 maschere/anno tra quelle riportate nella tabella 2 "maschere e interfacce per ventilazione NIV". Fermo restando il quantitativo massimo prescrivibile (3 interfacce) l'operatore dovrà essere disponibile, su specifica richiesta del medico prescrittore, a fornire indistintamente una o l'altra tipologia di interfacce tra quelle riportate nella tabella 2; - Circuiti flessibili nel fabbisogno stabilito dalla ditta produttrice e comunque almeno 2 circuiti se sanificabili o 12 se monouso; - Filtri macchina (fornitura annuale prevista in scheda tecnica per il presidio offerto); - connessione alla bombola di ossigeno (nel numero massimo di 1 più eventuale ricambio); - Filtri antipolvere spugnosi oppure cartacei nelle quantità annue indicate dal costruttore.
Bi-Level auto (ID4) 04.03.12.009 - Borsa di trasporto; - Sistema di umidificazione a caldo integrato o integrabile. A seconda del sistema offerto, la ditta dovrà fornire il fabbisogno di monouso come da scheda tecnica del sistema di umidificazione offerto.	- Max n. 3 maschere/anno tra quelle riportate nella tabella 2 "maschere e interfacce per ventilazione NIV". Fermo restando il quantitativo massimo prescrivibile (3 interfacce) l'operatore dovrà essere disponibile, su specifica richiesta del medico prescrittore, a fornire indistintamente una o l'altra tipologia di interfacce tra quelle riportate nella tabella 2; - Circuiti flessibili nel fabbisogno stabilito dalla ditta produttrice e comunque almeno 2 circuiti se sanificabili o 12 se monouso; - Filtri macchina (fornitura annuale prevista in scheda tecnica per il presidio offerto); - connessione alla bombola di ossigeno (nel numero massimo di 1 più eventuale ricambio); - Filtri antipolvere spugnosi oppure cartacei nelle quantità annue indicate dal costruttore.
Ventilatore Servo assistito (ID5) 04.03.12.012 - Borsa di trasporto; - sistema di umidificazione a caldo integrato o integrabile. A seconda del sistema offerto, la ditta dovrà fornire il fabbisogno di monouso come da scheda tecnica del sistema di umidificazione offerto.	- Max n. 3 maschere/anno tra quelle riportate nella tabella 2 "maschere e interfacce per ventilazione NIW". Fermo restando il quantitativo massimo prescrivibile (3 interfacce) l'operatore dovrà essere disponibile, su specifica richiesta del medico prescrittore, a fornire indistintamente una o l'altra tipologia di interfacce tra quelle riportate nella tabella 2; - Circuiti flessibili nel fabbisogno stabilito dalla ditta produttrice e comunque almeno 2 circuiti se sanificabili o 12 se monouso; - Filtri macchina (fornitura annuale prevista in scheda tecnica per il presidio offerto); - connessione alla bombola di ossigeno (nel numero massimo di 1 più eventuale ricambio); - Filtri antipolvere spugnosi oppure cartacei nelle quantità annue indicate dal costruttore.
Ventilazione non invasiva alta fascia (alto livello di complessità)	
Ventilatore presso volumetrico paziente NIV ad alto livello di complessità (ID6) 04.03.12.015 - Carrello porta ventilatore e braccio reggitubo (se richiesti); - Borsa di trasporto; - Sistema di umidificazione a filtri antibatterici umidificanti (365 anno, in base alla prescrizione del medico specialista), o in alternativa umidificatore a caldo di facile pulizia e dotato di sistema riduzione di accumulo di acqua nel circuito (la ditta dovrà fornire il numero di camere di umidificazione/anno come da scheda tecnica della casa produttrice, nonché il numero di circuiti adeguato all'utilizzo dell'umidificatore stesso). - Pulsossimetro da dito con allarmi (saturazione e batteria esausta).	- Fino a 4 maschere/anno tra quelle riportate nella tabella 2 "maschere e interfacce per ventilazione NIW". Fermo restando il quantitativo massimo prescrivibile (4 interfacce) l'operatore dovrà essere disponibile, su specifica richiesta del medico prescrittore, a fornire indistintamente una o l'altra tipologia di interfacce tra quelle riportate nella tabella 2; - Circuiti flessibili mono paziente sanificabili o non sanificabili nel fabbisogno stabilito dalla ditta produttrice e comunque nel numero non superiore ai 12 anni; - Filtri antipolvere spugnosi oppure cartacei nelle quantità annue indicate dal costruttore della macchina; - connessione alla bombola di ossigeno (nel numero massimo di 1 più eventuale ricambio).
Ventilazione invasiva alta fascia (alto livello di complessità)	
Ventilatore presso volumetrico con Ventilazione invasiva ≥ 16 ore + Ventilatore presso volumetrico di Back Up (ID7) 04.03.12.015 - Carrello porta ventilatore e braccio reggitubo (se richiesti); - Pallone Ambu con idonea maschera; - Sistema di umidificazione a filtri antibatterici	- Fino 365 Catheter-mount/anno secondo prescrizione; - Circuiti flessibili mono paziente sanificabili o non sanificabili nel fabbisogno stabilito dalla ditta produttrice e comunque nel numero non superiore ai 12 anni; - Filtri antipolvere spugnosi oppure cartacei nelle quantità annue indicate dal costruttore (almeno 2 all'anno); - Fino a 200 nasini artificiali/anno, secondo prescrizione (solo nei casi di ventilazione < 24 ore); - Fino a 13 Cannule/anno tracheali cuffiate fenestrate o non fenestrate (con relativa dotazione di controcannule, anche di riserva, come da tabella 3) tra quelle riportate nella tabella 3 "cannule tracheostomiche per ventilazione invasiva". Fermo restando il quantitativo

umidificanti (365 anno, in base alla prescrizione del medico specialista), o in alternativa umidificatore a caldo di facile pulizia e dotato di sistema riduzione di accumulo di acqua nel circuito (la ditta dovrà fornire il numero di camere di umidificazione/anno come da scheda tecnica della casa produttrice, nonché il numero di circuiti adeguato all'utilizzo dell'umidificatore stesso); - Ventilatore di Back up con le stesse caratteristiche del ventilatore in uso; - Pulsossimetro da dito con allarmi (saturazione e batteria esausta).	massimo prescrivibile (13 interfacce) l'operatore dovrà essere disponibile, su specifica richiesta del medico prescrittore, a fornire indistintamente una o l'altra tipologia di interfacce. Qualora fenestrate le cannule dovranno essere in grado di raccordarsi con valvola fonatoria; 1 Cannula/anno non fenestrata cuffiata di emergenza di diametro inferiore a quella utilizzata; - Fino a 365 fascette/collarini per cannula tracheostomica/anno; - Fino a 365 Metalline/anno; - Valvole fonatorie annue nel numero previsto dal costruttore, se richieste in prescrizione; - connessione alla bombola di ossigeno (nel numero massimo di 1 più eventuale ricambio) - Garze sterili 10x10 3 kg/mese; N.5 flaconi/die soluzione fisiologica 100 ml (su richiesta fino a 10 flaconi/die); N.5 paia guanti non sterili/die (su richiesta fino a 10 paia guanti/die).
Ventilatore presso-volumetrico con Ventilatore invasiva ≥ 16 ore per pazienti ipersecretivi + ventilatore presso volumetrico di Back up (ID8) 04.03.12.015 - Carrello porta ventilatore e braccio reggitubo (se richiesti); - Pallone Ambu con idonea maschera; - Sistema di umidificazione a filtri antibatterici umidificanti (700 anno, in base alla prescrizione del medico specialista), o in alternativa umidificatore a caldo di facile pulizia e dotato di sistema riduzione di accumulo di acqua nel circuito (la ditta dovrà fornire il numero di camere di umidificazione/anno come da scheda tecnica della casa produttrice, nonché il numero di circuiti adeguato all'utilizzo dell'umidificatore stesso); - Ventilatore di Back Up con le stesse caratteristiche del ventilatore in uso; - Pulsossimetro da dito con allarmi (saturazione e batteria esausta).	- Fino a 600 Catheter-mount/anno secondo prescrizione; - Circuiti flessibili mono paziente sanificabili o non sanificabili nel fabbisogno stabilito dalla ditta produttrice e comunque nel numero non superiore ai 15 anno; - Filtri antipolvere spugnosi oppure cartacei nelle quantità annue indicate dal costruttore (almeno 2 all'anno); - Fino a 400 Nasini artificiali/anno, secondo prescrizione (solo nei casi di ventilazione < 24 ore); - Fino a 13 Cannule/anno tracheali cuffiate fenestrate o non fenestrate (con relativa dotazione di controcanne, anche di riserva, come da tabella 3) tra quelle riportate nella tabella 3 "cannule tracheostomiche per ventilazione invasiva". Fermo restando il quantitativo massimo prescrivibile (13 interfacce) l'operatore dovrà essere disponibile, su specifica richiesta del medico prescrittore, a fornire indistintamente una o l'altra tipologia di interfacce tra quelle riportate nella tabella 3. Qualora fenestrate le cannule dovranno essere in grado di raccordarsi con valvola fonatoria; 1 Cannula/anno fenestrata o non fenestrata cuffiata di emergenza di diametro inferiore a quella utilizzata - Fino a 600 fascette/collarini per cannula tracheostomica/anno; - Fino a 600 Metalline/anno; - Valvole fonatorie annue nel quantitativo previsto dal costruttore, se richieste in prescrizione; - connessione alla bombola di ossigeno (nel numero massimo di 1 più eventuale ricambio) - Garze sterili 10x10 3 kg/mese; N.5 flaconi/die soluzione fisiologica 100 ml (su richiesta fino a 10 flaconi/die); N.5 paia guanti non sterili/die (su richiesta fino a 10 paia guanti/die).
Ventilatore presso-volumetrico con Ventilatore invasiva < 16 ore (ID9) 04.03.12.015 - Carrello porta ventilatore e braccio reggitubo (se richiesti); - Sistema di umidificazione a filtri antibatterici umidificanti (200 anno, in base alla prescrizione del medico specialista), o in alternativa umidificatore a caldo di facile pulizia e dotato di sistema riduzione di accumulo di acqua nel circuito (la ditta dovrà fornire il numero di camere di umidificazione/anno come da scheda tecnica della casa produttrice, nonché il numero di circuiti adeguato all'utilizzo dell'umidificatore stesso); - Pulsossimetro da dito con allarmi (saturazione e batteria esausta)	- Fino a 250 Catheter-mount/anno; - Circuiti monopaziente flessibili e leggeri (n.12/anno); - Filtri antipolvere spugnosi oppure cartacei nelle quantità annue indicate dal costruttore (almeno 2 all'anno); - Fino a 250 Nasini artificiali/anno; - Fino a 13 Cannule/anno tracheali cuffiate fenestrate o non fenestrate (con relativa dotazione di controcanne, anche di riserva, come da tabella 3) tra quelle riportate nella tabella 3 "cannule tracheostomiche per ventilazione invasiva". Fermo restando il quantitativo massimo prescrivibile (13 interfacce) l'operatore dovrà essere disponibile, su specifica richiesta del medico prescrittore, a fornire indistintamente una o l'altra tipologia di interfacce tra quelle riportate nella tabella 3. Qualora fenestrate le cannule dovranno essere in grado di raccordarsi con valvola fonatoria; - Fino a 200 fascette/collarini per cannula tracheostomica/anno; - Fino a 365 Metalline/anno; - Valvole fonatorie annue nel quantitativo previsto dal costruttore, se richieste in prescrizione; - idonea connessione alla bombola di ossigeno (nel numero massimo di 1 più eventuale ricambio). - Garze sterili 10x10 3 kg/mese; N.5 flaconi/die soluzione fisiologica 100 ml (su richiesta fino a 10 flaconi/die); N.5 paia guanti non sterili/die (su richiesta fino a 10 paia guanti/die)
Aspiratore per disostruzione vie aeree tracheo per pazienti ventilati + aspiratori di Back Up (ID10) 04.03.21.003 aspiratore di Back UP	- Fino a 2800 Sondini/anno idonei alla gestione delle vie aeree del paziente (misura idonea in termini di lunghezza e diametro) con o senza valvola di aspirazione integrata (qualora sprovvisto di valvola la ditta dovrà fornire almeno 50 valvole di aspirazione); - kit aspiratore/anno (tubi raccordi, valvole di sicurezza, vasi di raccolta, filtri) nel numero previsto in scheda tecnica
Aspiratore per disostruzione vie aeree tracheo per pazienti ventilati ipersecretivi + aspiratore di Back Up (ID11) 04.03.21.003 aspiratore di Back UP	- Fino a 4500 tondini/anno idonei alla gestione delle vie aeree del paziente (misura idonea in termini di lunghezza e diametro) con o senza valvola di aspirazione integrata (qualora sprovvisto di valvola la ditta dovrà fornire almeno 50 valvole di aspirazione); - kit aspiratore/anno (tubi raccordi, valvole di sicurezza, vasi di raccolta, filtri) nel numero previsto in scheda tecnica
Trattamento delle secrezioni bronchiali o ginnastica respiratoria	
Aspiratore non tracheo per disostruzione vie aeree (ID12) 04.03.21.003 aspiratore di Back UP	- Fino a 1200 Sondini/anno idonei alla gestione delle vie aeree del paziente (misura idonea in termini di lunghezza e diametro) con o senza valvola di aspirazione integrata (qualora sprovvisto di valvola la ditta dovrà fornire almeno 50 valvole di aspirazione); - kit aspiratore/anno (tubi raccordi, valvole di sicurezza, vasi di raccolta, filtri) nel numero previsto in scheda tecnica.
Aspiratore tracheo per disostruzione vie aeree per pazienti non ventilati + aspiratore di Back Up (ID13) 04.03.21.003 aspiratore di Back UP	- Fino a 2800 Sondini/anno idonei alla gestione delle vie aeree del paziente (misura idonea in termini di lunghezza e diametro) con o senza valvola di aspirazione integrata (qualora sprovvisto di valvola la ditta dovrà fornire almeno 50 valvole di aspirazione); - kit aspiratore/anno (tubi raccordi, valvole di sicurezza, vasi di raccolta, filtri) nel numero previsto in scheda tecnica - Fino a 365 Nasini artificiali/anno con o senza connettore ossigeno in base alla richiesta del prescrittore; - Fino a 13 Cannule tracheali cuffiate o non cuffiate, fenestrate o non fenestrate/anno (con relativa dotazione di controcanne come da tabella 3) tra quelle riportate nella tabella 3 "cannule tracheostomiche per ventilazione invasiva". Fermo restando il quantitativo massimo prescrivibile (13 interfacce) l'operatore dovrà essere disponibile, su specifica richiesta del medico prescrittore, a fornire indistintamente una o l'altra tipologia di interfacce tra quelle riportate nella tabella 3. Qualora fenestrate le cannule dovranno essere in grado di raccordarsi con valvola fonatoria; - Fino a 250 fascette/collarini/anno. - Fino a 365 Metalline/anno; - Valvole fonatorie annue nel quantitativo previsto dal costruttore, se richieste in prescrizione per l'utilizzo di cannule fenestrate
Dispositivo di assistenza alla tosse intra toracico per pazienti non tracheostomizzati (ID14) 04.03.27.015	- Fino a 24 Maschere/anno facciali (x anestesia), comprese quelle eventualmente fornite insieme ai circuiti; - Fino a 12 Circuiti/anno.



Borsa da Trasporto	
Dispositivo di assistenza alla tosse intra toracico per pazienti tracheostomizzati (ID15) 04.03.27.015 Borsa da Trasporto	- Fino a 365 Catether mount; - Fino a 12 Circuiti/anno; - Fino a 365 Filtri antibatterici/anno
Dispositivo a pressione positiva a vibrazione ad alimentazione elettrica (ID16) 04.03.27.012 Borsa da Trasporto	Fino a 12 Kit/anno comprensivi di circuiti, maschere, boccagli, ampole per aerosol, connettori O2, filtri antipolvere.
Dispositivo di assistenza alla tosse extra toracico (ID17) 04.03.27.018 Borsa da Trasporto	1 Corazza/anno lavabile disponibile almeno nelle misure S, M, L.